


果実エキス 測定結果

(e-HPLCことり D2タイプにて測定)



<測定条件>

流量 1.5ml/min 溶離液 メタノール100%

カラム PEGASIL ODS $\Phi 6 \times 30$ mm(株式会社センシュウ科学製)

サンプル量 5 μ l 果実エキス 検出器 265nm